

## Meranmé převýšení mezi body 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 z lokality A

číslo měření				
	2-3	3-4	4-5	5-6
2°C				
1	-0,15814	-0,14770	-0,01940	-0,08630
2	-0,15811	-0,14757	-0,01912	-0,08661
3	-0,15819	-0,14733	-0,01958	-0,08620
4	-0,15810	-0,14779	-0,01938	-0,08616
-4°C				
1	-0,15837	-0,14757	-0,01943	-0,08675
2	-0,15815	-0,14778	-0,01942	-0,08638
3	-0,15801	-0,14748	-0,01969	-0,08662
4	-0,15822	-0,14718	-0,01995	-0,08684
-2°C				
1	-0,15818	-0,14776	-0,01938	-0,08598
2	-0,15807	-0,14766	-0,01942	-0,08619
3	-0,15841	-0,14719	-0,01953	-0,08614
4	-0,15806	-0,14747	-0,01940	-0,08630
+5°C				
1	-0,15798	-0,14781	-0,01946	-0,08661
2	-0,15829	-0,14745	-0,01915	-0,08675
3	-0,15803	-0,14756	-0,01930	-0,08698
4	-0,15821	-0,14795	-0,01929	-0,08664
+10°C				
1	-0,15821	-0,14755	-0,01980	-0,08668
2	-0,15851	-0,14750	-0,01970	-0,08660
3	-0,15800	-0,14772	-0,01850	-0,08701
4	-0,15785	-0,14798	-0,01972	-0,08661
+17°C				
1	-0,15744	-0,14788	-0,01963	-0,08595
2	-0,15777	-0,14792	-0,01983	-0,08598
3	-0,15811	-0,14743	-0,01941	-0,08573
4	-0,15842	-0,14780	-0,01922	-0,08524
+12°C				
1	-0,15835	-0,14740	-0,01939	-0,08668
2	-0,15805	-0,14740	-0,01953	-0,08677
3	-0,15807	-0,14755	-0,01932	-0,08631
4	-0,15825	-0,14746	-0,01955	-0,08643

## Výpočty pre lokalitu A

Lokalita A	Jednotlivá měření						
	+2°C	-4°C	-2°C	+5°C	+10°C	+17°C	+12°C
průměrné převýšení "h" [m]							
2-3	-0,15814	-0,15819	-0,15818	-0,15813	-0,15814	-0,15794	-0,15818
3-4	-0,14760	-0,14750	-0,14752	-0,14769	-0,14769	-0,14776	-0,14745
4-5	-0,01937	-0,01962	-0,01943	-0,01930	-0,01943	-0,01952	-0,01945
5-6	-0,08632	-0,08665	-0,08615	-0,08675	-0,08673	-0,08573	-0,08655
průměrné převýšení "ρ" [mm]							
2-3	0,01	0,05	0,04	0,08	0,12	0,33	0,03
3-4	0,03	0,13	0,10	0,05	0,14	0,03	0,02
4-5	0,01	0,17	0,01	0,06	0,03	0,14	0,05
5-6	0,05	0,03	0,11	0,01	0,02	0,24	0,08

## Stanovenie strednej kilometrovej chyby

Celkové	Jednotlivá měření						
	+2°C	-4°C	-2°C	+5°C	+10°C	+17°C	+12°C
$m_0$ [mm]	0,38	0,41	0,31	0,40	0,43	0,43	0,36

## Průměrná střední chyba převýšení

Celkové	Jednotlivá měření						
	-4°C	-2°C	+2°C	+5°C	+10°C	+12°C	+17°C
$m_h$ [mm]	0,12	0,09	0,11	0,12	0,13	0,11	0,13

## Středné chyby rozdielu převýšení

Celkové	Jednotlivá měření						
	-4°C	-2°C	+2°C	+5°C	+10°C	+12°C	+17°C
$m_{\Delta h}$ [mm]	0,18	0,13	0,16	0,17	0,18	0,15	0,18
$2m_{\Delta h}$ [mm]	0,35	0,27	0,32	0,34	0,36	0,31	0,36

## Rozdíly převýšení (etapové - základní)

Celkové	Rozdíly teplot mezi základním a etapové měřeními					
	2°C	6°C	9°C	14°C	16°C	21°C
$\Delta h$ [mm]	0,37	0,26	0,07	0,26	0,13	0,19